

인증번호 제 LS20-00011 호

성능인증서


상호 (사업장명칭)	(주)파코코리아인더스	
성명 (대표자)	송재혁	
사업장소재지	서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터A동1010호	
인증내용	제작자 GRIM Aerosol Technik Ainring GmbH & Co.KG	제작국가 독일
	기기명칭 Aerosol Spectrometer (입자분광계)	측정방식 Spectrometer
	상품명(고유명칭) 11-D (W/O heater housing)	측정범위 최소: 0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 최대: 100 000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	최소눈금(단위) 0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	공인측정 오차범위 87.3 % (정확도)
	성능인증 등급	1등급

「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」 제24조1제1항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 위와 같이 성능인증서를 발급합니다.

2020년 02월 26일



한국건설생활환경시험연구원



인증번호 제 LS20-00011호

성능평가결과

구분	항목	단위	평가결과	인증등급
시험체임버평가 등가성평가	반복재현성	등급	1	1등급
	상대정밀도	등급	1	
	자료획득률	등급	1	
	정확도	등급	1	
	결정계수	등급	1	

※ 인증등급

등급	반복재현성	상대정밀도	자료획득률	정확도	결정계수
1등급	80% 초과	80% 초과	80% 초과	80% 초과	0.8 초과
2등급	70% 초과 80% 이하	70% 초과 80% 이하		70% 초과 80% 이하	0.7 초과 0.8 이하
3등급	60% 초과 70% 이하	60% 초과 70% 이하		50% 초과 70% 이하	0.6 초과 0.7 이하
등급 외	60% 이하	60% 이하	80% 이하	50% 이하	0.6 이하

인증신청자(상호명)

(주)파코코리아인더스

제작사

(주)파코코리아인더스

기기명칭

Aerosol Spectrometer

상품명
(고유명칭)

11-D (W/O heater housing)

시험품 정보



<사진>